
Subject: Aw: Systron Donner Nixie

Posted by [wellenkino](#) on Thu, 09 Nov 2017 16:53:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

das Gerät ist gut hier angekommen.

Leider muß ich dir mitteilen daß dein ehem. Arbeitgeber dir wohl ein Exemplar aus der Reparaturabteilung verkauft hat, da wurde schonmal recht heftig drin gearbeitet, und zwar derart daß man es eigentlich nicht hätte normal verkaufen können. Wie dem auch sei, ich bin guter Dinge daß wir den Patient wieder munter kriegen, sieht garnicht schlecht aus.
IG Martin
