

---

Subject: Information zum Röhrenmessgerät 9 Rel 3 K 311 von Siemens  
Posted by [Eckhard](#) on Thu, 02 Aug 2012 10:07:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

beigefügtes Schreiben des FTZ vom 04.04.1952 zum Röhrenmessgerät 9 Rel 3 K 311 der Fa. Siemens zur Information. Es wird u.a. ausgesagt, dass das Messgerät bei Röhren mit Emissionsströmen von mehr als 100 mA oder Anodenprüfspannungen von mehr als 175 Volt nicht geeignet ist.

Gruß  
Eckhard

#### File Attachments

---

1) [FTZ-Schreiben zu 9 Rel 3 K 311, Röhrenmessgerät Siem..pdf](#), downloaded 920 times

---