

---

Subject: Aw: Neuberger RPM 370

Posted by [ocean-boy 204](#) on Tue, 18 Jun 2013 21:47:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo

Zitat:Den beiden Röhrenmesstechnikern aus Mchn, und HH ist wohl Windows abgestuert, als sie lesen konnten, dass eine RGN 1064 mit 300 Volt zu prüfen sei.

Als Nachbar des Röhrenmesstechnikers aus HH antworte ich hier mal:

Nein, das glaub ich nicht, bei der Messung mit 300V AC wird ein Lastwiderstand von 5000 Ohm eingeschaltet, der I-Sollwert ist dabei 45mA, wenn ich das richtig im Kopf habe.

Die Gleichrichterprüfung ist bei Neuberger nicht einheitlich, manchmal mit Nennspannung und Lastwiderstand, manchmal mit Kleinspannung und ohne Lastwiderstand, z.B. bei US-Gleichrichtern.

Die AZ1 habe ich immer so wie die RGN1064 mit Nennspannung geprüft.

MfG

---