Subject: Aw: AF 3 - "AF3 C"

Posted by [Getter](#) on Sat, 18 Jun 2016 23:40:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Radioreinhard,

wahrscheinlich geht mit der normalen AF3-Karte irgendetwas schief... besser nicht probieren.

Da Funke die Fassungskontakte nicht in üblicher Weise durchgezählt und numeriert hat, kann man nicht einfach aus Tabellen die Stiftbelegung übernehmen und direkt so bei Funke stecken. Man muss stattdessen entsprechend der Funke-Zählweise (steht im Handbuch) 'umnummerieren' und dann entsprechend stecken.

Oder anders :

Suchen, welche RENSxxxx die gleiche Sockelschaltung hat, deren Prüfkarte nehmen und NUR die für die Sockelschaltung zuständigen Stifte auf dem Funke gemäß der betreffenden RENSxxxx-Karte stecken

In beiden Fällen :

Anschließend die AF3-Karte nehmen und NUR die für die Spannungen und den Messbereich zuständigen Stifte auf dem Funke gemäß der AF3-Karte stecken

Falls der Funke noch kein Steckfeld mit entsprechender Beschriftung besitzt, muss man sich etwas mehr konzentrieren - oder die 'Funke-Universalkarte' verwenden, welche die Beschriftung des Steckfeldes ersetzt.

Grüße aus HH !