
Subject: Schuloszilloskop ED1-AB

Posted by [wellenkin0](#) on Thu, 08 Oct 2015 20:05:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ein ED 1 AB.

Dieses Gerät hätte es fast geschafft mich ins Jenseits zu befördern als ich oben an den Kondensator kam.

Da die Hochspannung direkt aus dem Netztrafo gewonnen wird hat er ausreichend Strom verfügbar und muß mit größter Vorsicht und Sachverstand behandelt werden bei der Reparatur (also nicht so wie ich das gemacht habe... nur ein Tritt in das eigene Bein konnte mich von ihm lösen so anhänglich war der

Alle Bedienelemente hat er seitlich damit die Kinder was sehen können während der Lehrer dadran rumstellt

der lebensgefährliche Kondensator oben, unisoliert.

Die Elkos haben zum Teil am Gehäuse hohe spannung bezogen auf Masse, auch hier wieder große Vorsicht weil nicht isoliert...

das Bedienfeld.

IG Martin

File Attachments

- 1) [4.jpg](#), downloaded 1064 times
 - 2) [3.jpg](#), downloaded 1089 times
 - 3) [027.jpg](#), downloaded 1128 times
 - 4) [001.jpg](#), downloaded 1061 times
 - 5) [006.jpg](#), downloaded 1008 times
 - 6) [5.jpg](#), downloaded 1122 times
-

Subject: Aw: Schuloszilloskop ED1-AB

Posted by [roehrenfan10](#) on Fri, 09 Oct 2015 11:51:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

eine kleine Ergänzung - eine Beschreibung meines Chefs
sowie eine Darstellung von zwei Sinuskurven mittels ES 1 bzw. ES 2 (Elektronischer Schalter),
der von der gleichen Firma wie der ED 1-AB hergestellt wurde.

mfG
roehrenfan10

File Attachments

- 1) [ED1_AB_Beschreibung.pdf](#), downloaded 712 times
 - 2) [ED_1-AB+ES1_Sinus.jpg](#), downloaded 564 times
-