
Subject: Einstrahl-Oszillograph KO-2

Posted by [roehrenfan10](#) on Sat, 19 Dec 2015 14:16:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo

heute einmal ein Oszillograph vom Messgerätekwerk Zwönitz. Er wurde um 1959 hergestellt.

Der Frequenzgang liegt von 1 Hz bis 20 kHz. Der Oszillograph ist mit Nachbeschleunigung ausgestattet, diese ist separat schaltbar.

17 Röhren: B10S2, 10 x 6 AC7, 2 x RFG 5, 5Z4C, S1/0,2IIE, 2 x StR 150/30.

MfG

roehrenfan10

File Attachments

- 1) [KO-2_Back.jpg](#), downloaded 918 times
 - 2) [KO-2_Front.jpg](#), downloaded 925 times
 - 3) [KO-2_InnenLinks.jpg](#), downloaded 870 times
 - 4) [KO-2_InnenOben.jpg](#), downloaded 918 times
 - 5) [KO-2_InnenRechts.jpg](#), downloaded 918 times
 - 6) [KO-2_InnenUnten.jpg](#), downloaded 916 times
 - 7) [KO-2_Links.jpg](#), downloaded 938 times
 - 8) [KO-2_Nulllinie.jpg](#), downloaded 936 times
 - 9) [KO-2_Rechts.jpg](#), downloaded 918 times
-

Subject: Aw: Einstrahl-Oszillograph KO-2

Posted by [Getter](#) on Wed, 30 Dec 2015 01:32:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

© des Bildes bei roehrenfan10

File Attachments

- 1) [KO-2_Kaufzustand.jpg](#), downloaded 871 times
-

Subject: Aw: Einstrahl-Oszillograph KO-2
Posted by [roehrenfan10](#) on Wed, 30 Dec 2015 06:30:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Getter,

das Foto KO-2_Kaufzustand kann entfernt werden. Es ist ja durch das Bild KO-2_Front von mir ersetzt worden.

Gruß
roehrenfan10

Subject: Aw: Einstrahl-Oszillograph KO-2
Posted by [Getter](#) on Wed, 30 Dec 2015 14:23:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo roehrenfan10,

darüber hatte ich nachgedacht, mich aber bewusst für das Belassen entschieden - nun zeigen nämlich die Bilder die Fronten von insgesamt drei Exemplaren dieses Typs ! Das zeigen die Inventarschilder unterhalb des Bildschirmes. Und das Foto 'KO-2_Kaufzustand' zeigt noch eine andere Perspektive, als die anderen Bilder.

Wenn aber das Foto 'KO-2_Kaufzustand' aus irgendwelchen Gründen entfernt werden soll, mache ich das natürlich.

Grüße aus HH !

Subject: Aw: Einstrahl-Oszillograph KO-2
Posted by [roehrenfan10](#) on Wed, 30 Dec 2015 14:47:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Getter,

brauchst es nicht entfernen. Dachte bloß, das das Foto KO-2_Front besser aussieht als KO-2_Kaufzustand.

Gruß
roehrenfan10
